

LINEE GUIDA SULLA DOTAZIONE E L'UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI
SEMIAUTOMATICI
(D.L. 13/09/2012 N. 158 E DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 24/04/2013)

OBBLIGATORIETA' DEL DAE

- *Società sportive professionistiche*
- *Società sportive dilettantistiche*
-

CONSIGLIATA LA DOTAZIONE DEL DAE

- *Centri Sportivi, Stadi e Palestre*
- *Ogni situazione nella quale vengono svolte attività in grado di interessare l'attività cardiovascolare, secondo quanto stabilito dal D.M. 18/03/2011 (alcune regioni hanno previsto di dotare di dae anche alcuni impianti sportivi pubblici come palestre scolastiche e piscine comunali)*

LINEE GUIDA ALLA DOTAZIONE DEL DAE

- *L'onere della dotazione del defibrillatore e della sua manutenzione è a carico della società, la quale si dovrà assicurare della presenza dello stesso e del suo regolare funzionamento;*
- *Gli impianti sportivi sottoposti all'obbligo della presenza del Defibrillatore **devono possederne almeno uno e deve essere disponibile e accessibile** – posizionato ad una distanza da ogni punto dell'impianto percorribile in un tempo utile per garantire l'efficacia dell'intervento;*
- *I DAE devono essere marcati CE come dispositivi medici;*
- *I DAE devono essere resi disponibili all'utilizzatore completi di tutti gli accessori necessari al loro funzionamento come previsto dal fabbricante, devono essere sottoposti alle verifiche, ai controlli ed alle manutenzioni periodiche secondo le scadenze previste dal manuale d'uso, mantenuti in condizioni di operatività, la batteria deve possedere carica sufficiente, le piastre adesive devono essere sostituite alla scadenza e deve essere identificato un referente incaricato di verificarne regolarmente l'operatività;*
- *Il DAE deve essere collocato in **luoghi accessibili** e deve essere facilmente riconoscibile, il cartello indicatore della posizione del DAE con gli adesivi **“Defibrillatore disponibile” e “AED available”**, deve essere **ben visibile e posizionato all'ingresso***
- *Tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE **devono darne comunicazione alla Centrale Operativa del 118 territorialmente competente**, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l'elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato;*
- *Il DAE dovrà essere usato dal **personale addestrato** al suo utilizzo;*
- *La presenza di una persona formata **all'utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti**;*
- *Il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che **per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone**.*
- *I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono **l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation)**, anche pediatrico quando necessario;*
- *I corsi sono effettuati dai **Centri di formazione accreditati** dalle singole regioni;*
- *Per il personale formato deve essere prevista **l'attività di retraining ogni due anni**;*
- *L'attività di soccorso non rappresenta per il personale formato **un obbligo legale** che è previsto soltanto per il personale sanitario;*
- *La società è responsabile della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo.*